ResMed

AirFit™ F10
Full Face Maske

Anpassleitfaden für AirFit F10

- Drücken Sie auf die seitlichen Laschen des Kniestücks und ziehen Sie dieses von der Maske ab.

- Nehmen Sie die unteren Kopfbänder ab. Der untere Rand des Maskenkissens sollte in der Kinnfalte aufliegen, der obere auf Augenwinkelhöhe verlaufen.
- Ziehen Sie das Kopfband über den Kopf.

- Lösen Sie die Klettverschlüsse der oberen Kopfbänder.
- Ziehen Sie beide Bänder gleichmäßig an, bis die Maske fest sitzt und fixieren Sie die Klettverschlüsse dann wieder.

- Führen Sie die unteren Bänder unter den Ohren entlang und hängen Sie das Kopfband beidseitig in die Haken unten am Maskenrahmen ein.

- Ziehen Sie die unteren Kopfbänder gleichmäßig an, bis die Maske gut sitzt.
- Die Maske sollte bequem, aber fest und sicher sitzen. Die Bänder nicht zu fest anziehen!

- Verbinden Sie das Kniestück mit dem Schlauch des Therapiegerätes. Anschließend befestigen Sie es an der Maske, indem Sie die seitlichen Laschen des Kniestücks nach innen drücken.
- Schalten Sie das Therapiegerät ein.

- Die Feinanpassung sollte im Liegen vorgenommen werden. Dazu die oberen Kopfbänder lösen und gleichmäßig justieren. Ziehen Sie sie so fest an, dass die Maske dicht sitzt und fixieren Sie diese.
- Die Maske ist nun einsatzbereit.

Zusätzliche Optionen

- Der untere Teil des Kopfbandes kann ober- oder unterhalb der Haare verlaufen.
- Zusätzlich können Komfortpolster den Tragekomfort der Maske im Wangenbereich erhöhen.

Hinweis: Weitere Einzelheiten finden Sie in der AirFit F10 Gebrauchsanweisung.

Optimale Position des Maskenkissens

Der untere Rand des Maskenkissens sollte in der Kinnfalte aufliegen, der obere in Augenwinkelhöhe verlaufen.

Die AirFit F10 liegt etwa in Augenhöhe auf der Nase auf.

OXYCARE Medical Group GmbH
MEMBER OF SOS oxygène
FON +49(0)421 48 99 66 www.oxycare.eu

ResMed Ltd.
1 Elizabeth Macarthur Drive,
Bella Vista NSW 2153 Australia

Vertrieb durch: ResMed Deutschland GmbH, Haferwende 40, 28357 Bremen, Tel 0421 48993-0, Fax 0421 48993-10, E-Mail info@resmed-deutschland.de

Vertrieb durch: ResMed (UK) Ltd. 96 Jubilee Ave, Milton Park, Abingdon, Oxfordshire OX14 4RW. AirFit und Swift sind Marken der ResMed Ltd. und sind beim Patent- und Markenamt in den USA registriert.Technische Informationen können jederzeit geändert werden. © 2013 ResMed Ltd.
Art.-Nr. 1017372/1 2014-04 (auf Grundlage von 1017250/2 2014-03), Obj. C151095 - 1 - 04 14

CE 0123

ResMed.com

ResMed

AirFit™ F10
Full Face Maske

Full Face Komfort in kompakter Größe

Die Full Face Maske AirFit™ F10 gehört zur neuen AirFit Reihe von ResMed – und sitzt wie angegossen. Tragekomfort und Anwenderfreundlichkeit sind durch das optimierte Design verbessert. Das flexible Zusammenspiel zwischen Kopfband und Maskenrahmen ermöglicht die gleiche Leistung und Stabilität, die Sie von bisherigen ResMed Full Face Masken gewohnt sind.

Verbesserter Komfort

Das schlanke, extra-leichte Design der AirFit F10 lässt den Patienten freie Sicht, sodass sie mit der Maske lesen, fernsehen und sogar eine Brille tragen können. Verglichen mit ihrer derzeitigen Full Face Maske von ResMed empfanden 75% der Patienten die Air Fit F10 als angenehmer zu tragen.*

Bewährte Leistung

Das doppelwandige Maskenkissen mit Luftfedertechnologie bietet sichere Abdichtung und damit verbesserte Leistung. Die Mehrheit der befragten Patienten gab an, dass die AirFit F10 in Bezug auf Dichtigkeit und Stabilität die Leistung ihrer bisherigen Full Face Maske von ResMed übertrifft.*

Einfache Anwendung

Das optimierte Design mit nur vier Komponenten erleichtert die Anpassung sowie das Auseinandernehmen, Reinigen und Zusammensetzen der Maske. Dank ihrer intuitiven Handhabung lässt sich die AirFit F10 problemlos in die abendlichen Abläufe integrieren.

ResMed.com

Schnelle Anpassung, einfache Verwendung

Eine neuere Studie von ResMed hat gezeigt, dass die meisten Patienten die AirFit F10 bei einer Erstanpassung in weniger als zwei Minuten passgerecht anlegen können.* Durch das optimierte Design mit nur vier Komponenten wird die Anwendung für den Patienten erleichtert – das bedeutet weniger Rückfragen und spart Zeit. Mit der AirFit F10 können Sie sicher sein, die richtige Full Face Maske gewählt zu haben.

AirFit F10 Funktionen und Vorteile



Softweiches Kopfband aus hochwertigem Textilgewebe mit Rollsäumen minimiert Druckstellen im Gesicht und ist angenehm zu tragen.

Obere Aufnahmehaken erleichtern das Abnehmen und Wiederanlegen des Kopfbandes.

Rahmen-Maskenkissen-Verbindung vereinfacht die Anbringung des Maskenkissens am Maskenrahmen.

Zirkuläre diffundierende Luftverteilung leitet die Luft weg vom Patienten und seinem Partner – für eine möglichst ungestörte Nachtruhe.

Kniestück mit Entriegelungsknopf mit Drucklaschen vereinfacht das Anbringen und Abnehmen des Kniestücks.

Extra-leichter Flexi-Rahmen lässt die Sicht frei und sorgt trotzdem für Stabilität.

Doppelwandiges SpringAir™ Maskenkissen bietet zuverlässige Abdichtung bei hohem Tragekomfort.

Untere Aufnahmehaken zum einfachen Anbringen der unteren Bänder verbessern die Anwenderfreundlichkeit.

Zusätzliche Komfortpolster sorgen für noch mehr Tragekomfort.

*Interne vom 25. Juli – 4. September 2013 durchgeführte ResMed Studie, bei der ResMed Patienten ihre bisherige Full Face Maske von ResMed mit der AirFit F10 verglichen.

AirFit F10 Komponenten

AirFit F10 Kopfband
63165 Small
63164 Standard
63166 Large

Kniestück
62762

Maskenrahmen
63137 Extra Small/Small
63138 Medium/Large

Maskenkissen
62736 Extra Small
62737 Small
62738 Medium
62739 Large

AirFit F10 for Her Kopfband
63167 Small

Hinweis: Weitere Einzelheiten finden Sie in der AirFit F10 Gebrauchsanweisung.

Artikelnummern Maskensysteme

AirFit F10, Small	**63105**
AirFit F10, Medium	**63106**
AirFit F10, Large	**63107**
AirFit F10 for Her, Extra Small	**63142**
AirFit F10 for Her, Small	**63143**
AirFit F10 for Her, Medium	**63144**

Alle „for Her"-Maskensysteme werden mit dem „for Her"-Kopfband (Small) geliefert.
Zu allen Standardmaskensystemen gehört ein Kopfband in Standardgröße (blau).

AirFit™ F10
Full Face Maske

Tipps zur Größenbestimmung der AirFit F10

Verwenden Sie die Anpass-Schablone als Orientierungshilfe, um die für Ihren Patienten richtige Größe der AirFit F10 zu bestimmen. Dazu wird der untere Rand der Schablone an der Kinnfalte des Patienten ausgerichtet. Empfohlen wird die Größe auf der Schablone, die sich auf Höhe des inneren Augenwinkels befindet.



Nützliche Informationen

- Achten Sie darauf, dass der Mund des Patienten bei der Größenbestimmung geschlossen und entspannt ist.